

---

Subject: Aw: Die Zukunft ARTAS™-System ??

Posted by [Innengewinde](#) on Fri, 17 Nov 2017 06:14:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Diesen ARTAS gegen eine manuelle Entnahme zu vergleichen ist vielleicht nicht das richtige (obwohl auch der Arzt nach einem langen Tag mal schlampig werden kann und die Spenderhaare bei der Entnahme irreparabel verletzt), aber wie sieht der Vergleich "ARTAS Methode" vs. "Assistent mit wer weiss was für einem Mikromotor" aus ?

So eine ARTAS Kiste hat keine Ermüdungserscheinungen und arbeitet von der ersten bis zur letzten Entnahme konstant.

Was hat es mit diesen 1,2mm auf sich ? Ist das der Stanzdurchmesser ? Könnte es sein, dass bei dichtem Spenderhaar damit schon die Nachbarwurzeln im Donorbereich zerstört werden ?

Nachtrag:

Mit dem Update ARTAS 9X gibt es wohl solche Durchmesser nicht mehr.

---